

svenska


english

bruksanvisning / manual



EUROFLEX

flexmobil i6 SitRite



Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

svenska		english	
INNEHÅLLSFÖRTECKNING		CONTENT	
	S.		P.
Inledning	3	Introduction	3
Kontakt	3	Contact	3
Montering	4	Assembly	4
Säkerhetsföreskrifter	5	Safety	5
Ryggstöds kombinationer	6	Back rest combinations	6
Översikt	7	Over view	7
Elektronik	8	Electronics	8
Ryggstöd - sittdjup/vinkel/höjd	9-10	Back rest - seat depth/angle/height	9-10
Sitsvinkel - manuell/bäckenstöd	11	Seat angle - manual/pelvic support	11
Höftbälte - monteringsanvisning	12	Hip belt - assembly	12
Sitsvinkel - elektrisk	13	Seat angle - power	13
Sitthöjd	14	Seat height	14
Armstöd – höjd och breddjustering	15	Arm rests - height, width adjustment	15
Manöverbox - justering	16	Controlbox - adjustments	16
Nackstöd – justera	17	Head support - adjust	17
Benstöd - hel fotplatta	18	Leg support - divided footplates	18
Benstöd - delade fotplattor	19	Leg support - single footplate	19
Körning G90T / Shark	20	Driving G90T / Shark	20
Körträning	21	Drive training	21
Körbegränsningar	22	Driving restrictions	22
Frikoppling bromsar	23	Disengagement of brakes	23
Automatsäkring / Strömbrytare	24	Automatic fuse / Main switch	24
Laddning av batterier	25	Charging of batteries	25
Garanti, service, CE-märkning	26	Warranty, service, CE-label	26
Underhåll	27	Maintenance	27
Byte av batteri	28	Battery replacement	28
Byte av länkhjul och gaffel	29	Change of castor and castor-fork	29
Byte av drivhjul	30	Change of drive wheel	30
Tekniska fakta	31	Technical data	31
Felsökning	32	Fault trace	32
Transport	33	Transport	33
Förflyttning av rullstolsburne	34	Transfer of the wheelchair user	34
Källsorteringsanvisning	35	Recycle	35
Sprängskiss	36-37	Exploded view	36-37
Reservdelar	38	Parts	38
Tillbehör-vuxen/junior	39-41	Accessories-adults/kids	39-41
Rekonditionerings schema	42	Reconditions schema	42

För dig med nedsatt syn:
Bruksanvisningen finns i pdf-format med
förstoringsmöjlighet på
www.eurovema.se/dokument.

For you with visual impairment:
This manual is available in pdf format with
zoom at www.eurovema.se
see documentation - manuals.

svenska

INLEDNING

Vi gratulerar till er val av Flexmobil i6, eldriven rullstol!

Vi vill gärna att se till att du blir nöjd med denna Euroflex produkt från Eurovema Mobility AB, som är konstruerad och tillverkad i Sverige. Flexmobil i6:an är byggd för att tillgodose mycket höga krav på ergonomi, sittkomfort och funktion.

Läs igenom bruksanvisningen noga för att kunna tillgodogöra er i6:an alla möjligheter.

ANVÄNDARE OCH ANVÄNDNING

Flexmobil i6 är en eldriven inomhus rullstol. Den är avsedd för barn och vuxna med begränsat rörelseförmåga och kan användas av brukare, assistent eller båda. Flexmobil i6 kan fås med olika sittstorlekar som har en mängd inställings-möjligheter och för att kunna anpassas efter varje behov. Förväntad produktlivslängd 10 år.

TEST SPECIFIKATION

Flexmobil i6 är CE-märkt och uppfyller tillämpliga krav i lagen 1993:358 (93/42/EEC) om medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter, LVFS 2013:11. Den uppfyller samtliga krav enligt EN 12184:2014 Klass A.

KONTAKT

Har ni frågor eller behöver hjälp med er produkt? Kontakta er lokala Hjälpmedelscentral. Kontaktinformation tillverkare:
Eurovema Mobility AB
Tel: +46 371 390 100
E-post: info@eurovema.se
Baldersvägen 38
SE-332 35 Gislaved
SVERIGE

TILLHÖRANDE DOKUMENTEN

Tillhörande produktdatablad, servicemanual, installationsanvisningar, säkerhetsnotiser och eventuella produktåterkallelser finns att läsa och ladda ner på www.eurovema.se

english

INTRODUCTION

We congratulate you to the choice of Flexmobil i6 as your power wheelchair!

We will ensure that you will be satisfied with this Euroflex product from product from Eurovema Mobility AB, constructed and build in Sweden. Flexmobile i6 is built to meet very high standards of ergonomics, seating comfort and function.

Read the instructions carefully to benefit i6 all possibilities.

USERS AND USE

Flexmobile i6 is an electric indoor wheelchair. It is intended for children and adults with limited mobility and can be used by the user, assistant or both. Flexmobil i6 is available with different seating sizes that have a variety of settings and are easy to adapt individually for every need. Expected design life:10 years.

TEST SPECIFICATION

Flexmobile i6 is the CE mark and meet the requirements of Law 1993: 358 (93/42 / EEC) on medical devices and the MPA procedure for such medical devices, LVFS 2013: 11. It meets all the requirements of EN 12184:2014 Class A.

CONTACT

If you have questions or need help with your product, please contact the local agent. Contact information manufacturer:
Eurovema Mobility AB
Tel:+46-371-390100
E-mail: info@eurovema.se
Baldersvägen 38
332 35 GISLAVED
SWEDEN

ASSOCIATED DOCUMENTS

Associated product data sheets, service manual, installation instructions, safety notices and possible product recalls are available to read or download at www.eurovema.se

MONTERING


- Öppna förpackningen och kontrollera att ingen transportskada har skett.
- Kontrollera även att leveransen stämmer överrens med beställningen.
- Om stolen levereras med ryggstödet och armstöden omonterade.
- Tryck in fjäderkulan och för in ryggstolpen (1). Drag åt vredet (2) och skruva åt säkerhetsskruven i sidan av ryggstolpe (3, 4).

TRANSPORT

Vid transport av Flexmobil i motorfordon är det viktigt att bromsarna är inkopplade. Se avsnitt om "Frikoppling av bromsar". Stolen bör spännas fast med spännband. Särskilda fästöglor finns som standard. Rullstolen är inte konstruerad för att brukaren ska sitta i stolen vid transport. Genom att ta bort ryggstödet, armstödet och benstödet kan du minska transportmått. Batterierna i rullstolen är underhållsfria och slutna, typ AGM och godkända för transport i flygplan. Ytterligare om transport, se sida 34.

Kontrollera före användning att,

- hjulen är fastskruvade.
- alla vreden och skruvar är åtgagnade.
- frikopplingsmekanismen för bromsar är inaktiverad.
- inga kablar sitter i kläm eller är skadade.
- armstöden och ryggstöden är upphöjda och tar inte mot kåpan när sitsen är i nedersta läge.
- displayen visar inga felkoder(ej blinkande ljus).
- batteriet är fulladdat.
- styrningen med joystick fungerar åt alla håll.



ASSEMBLY


- Open the packing and check that no transport damage has occurred.
- Also check that the delivery harmonize with the order.
- If the chair is delivered with backrest and armrest not mounted.
- Press in the spring ball and slide in the back support pipe as shown in the picture (1). Tighten the handle (2) and the safety screw on the side of the back support pipe (3, 4).

TRANSPORTATION

When transporting Flexmobil in a motor vehicle it is important that the brakes are engaged. See section "Disengagement of brakes". The chair should be secured with tie down straps. Attachment loops are available as standard. Sitting in the wheelchair during the transport is strictly forbidden. Reduce the transport size by removing the armrest, backrest and the leg rest. The batteries in the wheelchair are sealed and maintenance free type AMG and approved for transport in aircraft's. Further on transport see page 34.

Check before use that,

- the wheels are correct bolted.
- all knobs and screws are tightened.
- the freewheel device for the brakes are deactivated.
- no cables are pinched or damaged.
- the arm- and backrests are raised and do not touch the hood seats lowest position.
- the display shows no error codes(no flashing)
- battery is fully charged.
- the joystick steering works in all directions.
- brakes works when you release the joystick.



svenska

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



- Läs igenom bruksanvisningen noga innan stolen tas i bruk.
- Ladda batterierna snarast när batteriindikatorn börjar visa rött.
- Lyftpelaren har en arbetscykel 2 on /18 off, vilket innebär 2 minuters användning följt av 18 minuters vila.
- Elrullstolen är avsedd för att användas i ett normalt inomhusklimat.
- Iakttag försiktighet vid justering av manuella sitsvinklingen sittandes i stolen, då det kan medföra risk för fall ur stolen.
- Upptäcks skador, lösa delar eller förändringar i stolens funktion ska serviceinstans(hjälpmiddelsleverantör) genast kontaktas.
- Användning av sitsens olika inställningsmöjligheter kan påverka rullstolens stabilitet. Använd dessa endast när rullstolen står på plant underlag.
- Var noga med att dra åt alla skruvar, vred och reglage ordentligt efter utförd justering.
- Metall ytor kan bli mycket varma om de utsätts för solsken eller någon annan extern värmekälla.
- Service, underhåll och anpassningar bör utföras av utbildad personal, auktoriserade av Eurovema Mobility AB.
- Endast originaldelar från Eurovema Mobility ska användas vid reparation.
- Överskrid inte angiven max brukarvikt 150kg.
- Använd endast medföljande original batteriladdare för uppladdning av batterier.
- För bibehållen säkerhet använd endast original fästelement till de löstagbara delar t.ex. Armstöd, ryggstöd och fotplatta.
- Elrullstolen funktion kan bli störd i starka elektromagnetiska fält som utstrålas av t.ex. kraftledningar och i datacentraler. Rullstolen själv kan störa utrustning baserat på elektromagnetiska fält såsom larmsystem i affärer, automatiska dörrar, etc.

english

SAFETY





- Carefully read the manual before using the wheelchair.
- Charge the batteries immediately when battery indicator shows red.
- The lift motor has a duty cycle of 2 on /18 off meaning 2 minutes use followed by 18 minutes of rest.
- The wheelchair is designed to be used on in normal indoor climate.
- Be careful when adjusting the manual seat angle when seated. Could cause a risk of falling out of the chair.
- Immediately contact service if damages, i.e. loose parts or change in function of the chair is discovered.
- Use of the different seat settings can affect stability of the wheelchair. Use these only when the wheelchair is on a flat surface.
- Make sure to tighten all screws, knobs and levers after adjustments.
- Metal surfaces can become very hot if they have been exposed to sunshine or radiated heat.
- Service, maintenance and adaptations should be performed by educated staff, authorized of Eurovema Mobility AB.
- Use only original parts from Eurovema Mobility at repair.
- Do not exceed maximum user weight 150kg.
- Use only original charger for charging of the batteries.
- For maintaining safety use only original fasteners to the removable parts i.e. Armrest, backrest and foot-plate.
- The wheelchairs function may be disturbed in strong electromagnetic fields radiated by the e.g. power lines and data centers. The wheelchair itself can disturb the equipment based on electromagnetic fields such as alarm systems in shop, automatic doors, etc.

svenska

Ryggstöds kombinationer SittRite, Comfort och
Barnsits ABC

english

Backrest combinations SittRite, Comfort and
Childseat ABC



svenska


ÖVERSIKT

- 1) manöverbox
- 2) joystick
- 3) ladduttag
- 4) sits
- 5) ryggstöd
- 6) armstöd
- 7) sitslyft - ställdon
- 8) automatsäkring
- 9) drivhjul
- 10) Batteri kåpa
- 11) länkhjul
- 12) fotstöd - fotplatta
- 13) parallellbeslag
- 14) vred

english

OVER VIEW

- 1) control box
- 2) joystick
- 3) charger socket
- 4) seat
- 5) backrest
- 6) armrest
- 7) seat lift - actuator
- 8) automatic fuse
- 9) drive wheels
- 10) Battery cover
- 11) castor
- 12) leg support - footplate
- 13) parallel bracket
- 14) knob




svenska

ELEKTRONIK

Flexmobil i6 är utrustat med Dynamic DX styrsystem för att kontrollera kraften från batterierna ut till motorerna.

Rullstolen och dess elektriska sitsfunktioner manövreras med hjälp av manöverbox som finns i två olika utföranden: G90T och SHARK. Joystick används för att köra rullstolen i den riktning man önskar. Elektroniken kan programmeras och anpassas till den enskildes önskemål, men oftast är original programmet tillräckligt. Skulle något fel inträffa med elektroniken så blinkar status dioden (8). Genom att räkna antal blink kan man härleda felet. Se kap. felsökning.

- 1) on/off
- 2) val av körprogram
- 3) batteriindikator
- 4) display av körprogram/hastighet
- 5) joystick
- 6) sitsfunktioner
- 7) symboler för sitsfunktioner
- 8) status diod
- 9) tuta



G90A

english


ELECTRONICS

The Flexmobil i6 is equipped with Dynamic DX control system to control the power from the batteries out to the motors.

The wheelchair and it's power assisted seat functions can be maneuver by the control box, available in two different models; G90T och SHARK.

The joystick is for driving the wheel chair in the desired direction. The electronics can be programmed to suit the users needs but usually the original program is fully sufficient. Should a fault occurs with the electronics the status LED (8) will blink. Thru counting the number of blinks you can deduce the problem. See chap. fault trace.

- 1) on/off
- 2) choice of drive programs
- 3) battery indicator
- 4) display for drive programs/speed
- 5) joystick
- 6) seat functions
- 7) symbols for seat functions
- 8) status LED
- 9) horn



SHARK

svenska

RYGGSTÖD - sittdjup

För att justera sittdjupet med ryggstödet används ratten (1). Justera in önskat sittdjup genom att föra ryggstödet framåt eller bakåt. För ratten till sitt ursprungsläge för att låsa.

RYGGSTÖD - vinkel

För att justera vinkeln på ryggstödsplattan används spaken (2). Justera in önskad vinkel och lås genom att föra tillbaka spaken till sitt ursprungsläge.




english

BACK REST - seat depth

To adjust the seat depth move the back support forward or backwards. Loosen the knob (1). Adjust the desired seat depth by moving the back support forward or backwards. Lock by tighten the knob.

BACK REST - angle

To adjust the angle on the back support, loosen the lever (2). Adjust to desired angle and lock by moving the lever back to its original position.



svenska

RYGGSTÖD - höjd

Lossa säkerhetsskruven med insexnyckel innan justering av ryggstödshöjd (1).

Lossa på spaken (2) genom att vrida den moturs $\frac{1}{2}$ varv. Ställ in önskat höjd på ryggstödet och vrid spaken medurs $\frac{1}{2}$ varv för att låsa.

Efter justeringen, skruva åt säkerhetsskruven (3, 4).


english

BACK REST - height

Loosen the security screw with an allen key before adjusting the high of the backrest (1).

Loosen the lever (2) by turning it anticlockwise $\frac{1}{2}$ turn. Adjust to desired height of the back support and lock turning the lever clockwise $\frac{1}{2}$ turn.


After adjustment tighten the security screws.



svenska

SITSVINKEL - manuell

Sitsvinkel är möjligt att justera från -14° till +32° bakåt. Vrid ratten medurs för att tilla sitsen framåt och moturs för bakåt (1).



english

SEAT ANGLE - manual

The seat angle is possible to adjust from -14° to +32° backward. Turn the knob clockwise to tilt the seat forward and counterclockwise for backward (1).



VARNING KLÄMRISK!
CAUTION PINCH POINT!

Extra stöd för bäckenet


OBS! För rätt stöd för bäckenet och stabilitet åt bålens rekommenderar vi användet av sitssystem SitRite tillsammans med höftbälte och ev. lårbenstöd.

Sitsen har ett ergonomiskt inbyggt sittgrop som motverkar nerglidning och ger optimal bäckenpositionering. Vilket gör att trycket förflyttas från bäckenet till låren. Detta ger lägre tryck för utsatta områden.

Additional pelvic support

NOTE! For correct support for the pelvis and stability to the torso, we recommend using seating system SitRite together with hip belt and possible thigh support.






The has an ergonomic built-in position cushion that prevents sliding and provides optimal pelvic positioning. The pressure moves from the pelvis to the thighs. This results in lower pressure on vulnerable areas.



Monteringsanvisning

Höftbälte vuxen

Art Nr. 80151800



EUROFLEX®

Eurovema AB
 Baldersvägen 38
 SE-332 35 Gislaved
 Sweden
www.eurovema.se
 Phone: +46 (0)371 39 01 00

svenska

SITSVINKEL - elektrisk

Om stolen är utrustad med elektrisk sitsvinkling/

tilt aktiveras denna med manöverboxen.

Tryck på knapp "6" på manöverboxen.


G90T

Välj sitssymbol (7) för sitsvinkling genom att föra joystick (5) åt sidan till andra symbolen från vänster sida blinkar.


SHARK

Välj sitssymbol (6). Tryck på sitssymbol (6) och välj siffran "2".

För sedan joystick (5) framåt för att vinkla sitsen framåt, och bakåt för att vinkla sitsen bakåt. Sitsvinklingen stannar automatiskt när ändlägena nås. För att återgå till köräge tryck på knapp (2) så att valt körprogram syns i display (4).



VARNING KLÄMRISK!
CAUTION PINCH POINT!



G90A

english

SEAT ANGLE - power

If the chair is equipped with power assisted seat tilt it can be activated by the controlbox. Push button "6".

G90T


Choose a seat symbol (7) for the seat angle by moving the joystick (5) to one side to the second icon from the left side blinks.

SHARK

Choose a seat symbol (6). Press the seat symbol (6) and select the number "2".

Move the joystick forward to activate the seat tilt forward and backwards for backwards.

The seat tilt stops automatically when the end points is reached. Push button (2) to get back into drive mode and the choosed drive program will be visble in the display (4).



SHARK

svenska

SITSHÖJD



Starta elektroniken på rullstolen genom att trycka på knapp (1) på manöverboxen. Tryck sedan på knapp (6).

G90T

Välj sitssymbol "7" och drag joysticken åt sidan för att välja fjärde symbolen från vänster. För sitslyft genom att föra joystick (5) åt sidorna tills symbolen blinkar.

Shark

Siffran "1" lyser på knapp (6). För sedan joystick (5) framåt för att höja sitsen och bakåt för att sänka sitsen. Sitslyften stannar automatiskt när ändlägena nås. För att återgå till köräge tryck på knapp (2) så att valt körprogram syns i display (4).



G90A

english

SEAT HEIGHT


Start the electronics of the wheel chair by pushing button (1) on the control box. Then push button (6).

G90T

Choose a seat symbol "7" and pull the joystick to the side to select the fourth icon from the left. For seat lift thro leaning the joystick (5) side ways until the symbol blink.

Shark

The nubmer "1" lights up on button (6). Move the joystick forward to activate the seatlift up and backwards down. The seat lift stops automatically when the end points is reached. Push button (2) to get back into drive mode and the choosed drive program. It will be visble in the display (4).



SHARK

svenska

ARMSTÖD - höjd och bredd

För att justera bredden mellan armstöden lossas ratten (1). Justera till önskad bredd och drag åt ratten. Gör likadant på det andra armstödet. Justera höjden på armstödet genom att lossa spaken (2). Justera in önskad höjd och drag åt spaken.



TILLVAL

ARMSTÖD - fälla bakåt

Om rullstolen är utrustad med fällbara armstöd så går det att fälla bakåt för att underlätta sidoförflyttning och detta ger möjligheten att komma nära ett bord till exempel. Tryck spaken nedåt i pilens riktning för att fälla bakåt. För att fälla tillbaka armstödet lyfts det med handen till upprätt läge där det låses automatiskt.

english

ARM REST - height and width


To adjust the width between the arm supports, loosen the wheel nut (1). Adjust to desired width and tighten the wheel. Repeat on the other arm support. And tighten the wheel nut. To adjust the height of the arm support, loosen the wheel lever (2). Adjust to desired height and tighten the wheel lever.



OPTION!

ARM REST - fold back

If the chair is equipped with folded armrest then it is possible to fold the arm support back wards to make sideways transfer easier or to get closer to a table. Push lever in the direction the arrow shows to fold the arm support back wards, use your hand to lift it up where its locked automatically.



svenska


MANÖVERBOX - justering

Manöverboxens läge kan justeras genom att lossa skruvarna 1, 2 och 3 med insexnyckel 5 mm. Lossa skruv 1 för att justera i djupled och 2, 3 för att justera manöverboxen i vinkel och höjd. Justera in önskat läge och drag åt skruvarna. Manöverboxen kan även parallellt förflyttas åt sidan och bakåt för att vara ur vägen när man till exempel vill komma nära ett bord.

english

CONTROLBOX - Adjustments

The controlbox position can be adjusted by loosening the screws 1, 2 and 3 with allen key nr 5. Loose screw 1 to adjust in depth and screw 2 and 3 to adjust angle and height. Adjust to desired position and tighten the screws. The controlbox can also be swung away when you would like to get close to a table i.e.



VARNING KLÄMRISK!
CAUTION PINCH POINT!

svenska

TILLVAL!

NACKSTÖD - justera

Om stolen är utrustad med ett nackstöd då kan höjden justeras genom att lossa ratten(1).
Ställ in rätt höjd och drag åt ratten.



KLÄMRISK!

När ratten lossas så blir nackstödet löst och kan snabbt falla neråt. Iakttag försiktighet vid justering!

english

OPTION!

NECK REST - adjust

If the chair is equipped with a neck support it can be adjusted by the knob (1) to adjust to desired position. Move the knob back to the original position to lock.




CAUTION PINCH POINT!

When the knob is opened the neck support will come loose and can rapidly fall downwards. Be careful when adjusting the neck support!



VARNING KLÄMRISK!
CAUTION PINCH POINT!



svenska

BENSTÖD - hel fotplatta


Om stolen är utrustad med hel fotplatta så justeras den i höjd och underbensvinkel genom att lossa skruvar (1 och 2) med insexnyckel 5 mm. Justera till önskat läge och drag åt. För att justera djup och fotplattans vinkel lossas skruvar (3 och 4).

Ställ in önskat läge och drag åt. Fotplatta är även uppfällbar för att underlätta vid förflyttning till och från stolen.

english

LEG REST - single footplate


If the chair is equipped with a single footplate you can adjust the height and lower leg length by loosening screw (1 and 2) with allen key 5 mm. Adjust to desired position and tighten the screws. To adjust depth and the angle of the footplate loosen screws (3 and 4). Adjust to desired position and tighten the screws. The footplate is possible to fold up to make it easier to get in and out of the chair.



svenska

BENSTÖD - delade fotplattor

Om stolen är utrustad med delade fotplattor så justeras dessa i höjd och underbensvinkel genom att lossa skruvar med insexnyckel 5 mm. Justera till önskat läge och drag åt. För att justera djup och fotplattans vinkel lossas skruvar. Ställ in önskat läge och drag åt. För att justera fotplattans läge i sidled lossas vred. Justera in önskat läge och drag åt vredet. Fotplatta är även uppfällbar för att underlätta vid förflyttning till och från stolen.




english

LEG REST - divided footplates

leg rest - divided footplate

If the chair is equipped with divided footplates is's adjusted in height and lower leg angle by loosening screws. Adjust to desired position and tighten the screws. To adjust depth and angle of the footplate loosen screw. Adjust to desired position and tighten the screws. To adjust the legrest position sideways loosen the knob. Adjust to desired position and tighten the knob. The footplate is possible fold up to make it easier to get in and out of the chair.



KÖRNING

Sätt på huvudströmmen och sätt er så bekvämt som möjligt i stolen och låt den arm ni ska manövrera rullstolen med vila mot armstödet så att handen får ett bekvämt grepp om joystick (5). Starta elektroniken på rullstolen genom att trycka på knapp (1), vänta ett par sekunder tills batteriindikatorn (3) slutat blinka.

G90T/SHARK

Välj önskat körprogram (1, 2 eller 3) med knapparna (2), där 3 är det snabbaste. Ju fler gröna lampor desto fortare går stolen. Luta nu joystick försiktigt åt det håll ni önskar åka och rullstolen åker dit. Ju mer joystick lutas desto fortare går rullstolen. Släpp joystick och rullstolen stannar omedelbart. Denna rullstol är avsedd för enbart inomhusbruk och konstruerad för att klara hinder på upp till 4 cm. Dessa hinder bör köras över med framhjulen snedda eller vinkelrätt mot hindret.




Under körning ska du:

- Inte trycka av/på-knappen.
- Inte plötsligt börja köra motsatt riktning.

**SKADERISK!**

OBS! Se till att det finns mycket gott om plats runt rullstolen vid körning första gången. Öva på att backa, svänga och köra på olika hastigheter för att bli bekant med hur rullstolen uppför sig i olika situationer. Var försiktig vid passering av hinder som trösklar och liknande.



G90A

DRIVING

Push the main switch on and place yourself as comfortable as possible in the chair and let the arm you should use to control the wheelchair rest on the armrest so that your hand can grip the joystick (5) comfortable. Start the electronics by pushing button (1), wait a couple of seconds until the battery indicator (3) has stopped twinkle.

G90T/SHARK

Choose desired drive program (1,2 or 3) with the buttons (2), where 3 is the fastest. The more LEDS the faster the wheelchair goes. Now lean the joystick at the direction you wish to go and the wheelchair goes there. Release the joystick and the wheelchair will stop immediately. This work chair is designed only for indoor use and to climb obstacles of up to 4 cm. These obstacles should be driven over the front wheels diagonally or straight to the obstacle.




While driving:

- Do not push power on/off button.
- Do not start suddenly drive to opposite direction.

**RISK OF INJURE!**

NOTE! Make sure that you have a lot of free space around the wheelchair when driving the first time. Practice to drive backwards, turning and forward at different speed to get familiar how the wheelchair behave at different situations. Be careful when passing obstacles like thresholds or similar.



SHARK

KÖRTRÄNING

Det är viktigt att du lär dig hur elrullstolen fungerar i olika körsituationer. Träningen är nyckeln till att utveckla dina körkunskaper. Träna helst inte ensam.

- **Öva starter.** I början kan det vara svårt att starta utan ryck. Tar dig tid att lära dig att köra mjukt. Det är behagligare och risken för att köra på olika saker minskar. Försök att vara mjuk i handen/handleden. Stöd hela underarmen mot armstödet.

- **Öva inbromsningar** så att de blir mjuka. Snabba inbromsningar är inte svårt, det är bara släppa manöverspaketet. Lär dig hur lång bromssträcka din elrullstol behöver innan den stannar på ett behagligt sätt.

- **Öva att köra över trösklar.** Låga trösklar (5-15mm). Se till att hjulen riktade rakt mot hinder och passera det med försiktighet. Höga trösklar (15-30mm) måste du kanske snedda över.

- **Öva svängar åt höger och vänster.** Lägg märke till hur stort golvutrymme som behövs för att svänga stolen ett helt varv runt.

- **Öva att backa.** Kör mjukt och och långsamt. Lägg märke till att rullstolen reagerar på ett helt annat sätt när du svänger. Släpp manöverspaken om du tappar kontrollen över rullstolen och börja om nytt. Luta dig svagt framåt när du backar över en tröskel.

- **Öva att köra i trånga passager.** Träna att köra genom dörrhåll från sidan och rakt framifrån. Träna också att backa in i trånga utrymmen.

- **Bromsa.** Lägg styrspaken i friläge.

- **Nödstopp.** Släpp styrspaken. Stoppsträcka vid 5km/h = ca.1 m



Upphöjd sitslyft och snedställt sitslutning eller ryggslutning förändrar tyngdpunkten och ökar risken för vältnings! Använd sitsfunktioner endast på plant underlag och kör alltid med stor försiktighet och låg fart! Tänk på att underlag som sluttar i sidled, kan påverka styrningen.

DRIVE TRAINING

It is important to learn how the wheelchair works in various driving situations. Training is the key to develop your driving skills. But do not train alone.

- **Practice starts.** In the beginning it can be difficult to drive smooth without jolt. Take time to learn to drive smoothly. It is more comfortable and the risk to drive on different things decrease. Try to be soft in the hand / wrist and support your entire forearm against the armrest.

- **Practice braking** so that they become soft. To make sudden braking is not difficult, just release the joystick. Learn how long braking distance your electric wheelchair needs for stopping smoothly.

- **Practice to drive over thresholds.** Low thresholds (5-15mm). Make sure the wheels are pointed straight at the obstacle and pass it with caution. High thresholds (15-30mm), you may have to pass parallel to the obstacle.

- **Practice turns on right and left.** Notice how large floor space is needed to swing the chair a full turn around.

- **Practice to back.** Drive smoothly and slowly. Note that the wheelchair reacts in a completely different way when turning. (Release the joystick immediately), if you lose control and start over again. Lean slightly forward when reversing over a threshold.

- **Practice driving in narrow passages.** Train to drive through the doorway from the side and from the front. Train also backing into tight spaces.

- **Brake.** Move the joystick in the middle position.

- **Emergency stop.** Release the joystick. Stop distance is approx. 1m at 5km/h.



Raised seat lift and seat tilt oblique or back angle changes the center of gravity and increases the risk of tipping! Use seat functions only on flat surfaces and always drive with great caution and at low speed! Keep in mind that a surface that slopes sideways may affect steering of the wheelchair.

svenska

KÖRINSTRUKTIONER


Maximal säker nedförslutning 6°.




Se till att sitslyften är i sitt nedersta läge innan körning! Vänd inte eller tvärbromsa rullstolen i ett lutande underlag.



Maximal säker uppförsförslutning 6°.



Maximal säker sidolutning 6°.



Max höjd för en tröskel framåt 40mm och bakåt 30mm.




english

DRIVING INSTRUCTION


The maximum safe downhill slope 6°.





Make sure the seat lift is in its lowest position! Do not turn or brake the wheelchair suddenly on the sloping ground



The maximum safe uphill slope 6°.



The maximum safe lateral slope 6°.



The maximum height for a threshold when driving forward 40mm / backward 30mm.



FRIKOPPLING AV BROMSAR


För att kunna transportera rullstolen rullande med elektroniken avstängd måste man koppla ur bromsarna/motorerna. Det gör man genom att stänga av elektroniken och "flytta fram den röda spaken som sitter vid chassi benet vid det bakre länkhjulet tills spaken låser sig i framläge" (1). Nu kan man transportera stolen utan att motorerna bromsar. För att återgå till körning "tryck den röda spaken ut ur urtaget" och starta elektroniken.

Om man startar elektroniken när bromsarna är urkopplade kommer det att orsaka ett felmeddelande på manöverboxen. Stäng av elektroniken koppla in bromsarna och starta om stolen, så försvinner felmeddelandet.




RISK för skador!

OBS! Se till att rullstolen står alltid på plan mark när bromsarna kopplas ur. Annars kan rullstolen rulla iväg utan kontroll.



1. Lyft spaken för att frikoppla bromsen.
2. Släpp spaken för att aktivera bromsen.




DISENGAGEMENT OF BRAKES

To be able to transport the wheelchair without using the electronics you need to disengage the brakes/motors. This is done by turning of the electronics and pushing the red lever placed on the chassis leg by the rear castor "forward until it's locked in forward position" (1). Now you can transport the wheelchair without motor brakes. To get back into driving you "push the red lever out of the slot" and starts the electronics. If you start the electronics when the brakes are disengaged it will cause an error code on the control box. Turn off the electronics engage the brakes and restart the electronics, the error code will disappear.




RISK for injuries!

NOTE! Make sure that the wheelchair is on flat ground when disengaging the brakes. Otherwise the wheelchair can start rolling away without control.



1. Lyft spaken för att frikoppla bromsen.
2. Släpp spaken för att aktivera bromsen.



svenska

AUTOMATSÄKRING

Automatsäkringen är placerad bak på vänster kåpa på Flexmobil (1). Säkringen löser ut om något allvarlig elektrisk fel inträffar på rullstolen. Knappen åker ut ca 8 mm och ett vitt streck blir synligt. Automatsäkringen fungerar även som huvudströmbrytare. Vid längre tids förvaring bör säkringen vara i utlöst läge.



NOTERA!

OBS! När batterierena ska underhållsladdas måste säkringen vara intryckt! Vid transport i flygplan krävs oftast att batterierna ska vara fränkopplade och då kan man använda automatsäkringen, som ska vara utlöst, i detta fall.

english


AUTOMATIC FUSE

The automatic fuse is placed on the rear cover on Flexmobil (1). The fuse will disengage if a severe electrical failure occurs on the chair. The button pops out approx. 8 mm and a white line becomes visible. The Automatic fuse can be used as a main-power switch. When the wheelchair is stored for a longer period the fuse should be disengaged.



NOTE!

When the batteries is charged the fuse must be engaged. For transport in a aeroplane the batteries usually must be disconnected and for this you can use the automatic fuse that should be disengaged.



LADDNING AV BATTERIER

För att erhålla batteriernas fulla prestanda så länge som möjligt är det viktigt att de laddas regelbundet, om stolen används dagligen, måste batterierna laddas dagligen. Avbryt ej laddningen innan den är färdig. Ladda ej i trånga oventilerade utrymmen p.g.a. risk för gasbildning. Vidförvaring bör batterierna laddas cirka en gång i månaden för att ej tömmas till den kritiska nivån då laddaren ej längre startar laddningen. Lämna ej laddningen på långa perioder utan avbrott då detta ej är bra för batterierna.

Batteriindikatorn:

Den sista gula dioden slocknar = max 12min återstående körtid(ca 700m).

En blinkande röd diod = Rullstolen får ej köras, utan måste laddas omgående.



OBS!

Om batterierna är skadade bör all kontakt undvikas med dessa för att undvika frätskador. Kontakta snarast behörig verkstad! Förbrukade batterier bör lämnas till återvinning/miljöstation.

Använd endast medföljande original batterier från Eurovema Mobility AB (Yuasa NPC24-12V 24Ah).

1. Anslut laddkontakten till manöverdosan på stolen. Den sitter framtill på manöverdosan. Se bild 1.

2. Anslut laddarens väggkontakt.

3. Kontrollera med hjälp av laddarens kontrollampor att laddningen startat. Uppgifter angående laddaren bifogas med laddaren.

4. När laddning är klar stängs laddaren av eller väggkontakten dras ur och därefter laddkontakten i.



CHARGING OF BATTERIES

To keep the full power of the batteries as long as possible it is important to charge them regularly. Charge daily, if used daily. Never stop the charging until its completed. Do not charge in confined unventilated

areas due risk of gas formation. When stored the batteries should be charged once a month to prevent them to go under the critical level when the charger cannot start. Do not leave the recharging on for long continuous periods as this is not good for the batteries.

Battery indicator:

The last yellow diode goes down = max 12min remaining driving time(approx. 700m)

One blinking red diode = No driving, batteries must be charged immediately.



NOTE!

If the batteries are damaged or leak, all contact with these should be avoided to prevent corrosive injuries. Contact an authorized workshop as soon as possible! Used batteries should be handed in for recycling. Use only original batteries from Eurovema Mobility AB (Yuasa NPC24-12V 24Ah).

1. Connect the charger plug to the control box on the chair. Located in the front of the control box. See picture.

2. Connect the charger to the wall socket.

3. Check on the charger's indicator lamps that recharging has started. Information on the charger is supplied with the charger.

4. When recharging has been completed, switch off the charger or remove the plug from the wall socket and then the charger plug from the control box.

svenska

GARANTI

Vi lämnar 2 års garanti på våra produkter för tillverkningsfel/skada. Undantag för klädsel, hjul och batterier där vi lämnar 1 års garanti. Normalt slitage ligger inte till grund för godkänd garanti. Vi rekommenderar våra kunder att använda produkten i enlighet med bruksanvisningen.

SERVICE


Om rullstolen används mycket d.v.s. varje dag bör den lämnas in på service för översyn en gång per år. Detta för att kontrollera att funktionen och säkerheten på rullstolen bibehålls under hela dess livslängd. Vid behov av service kontaktas i första hand den lokala Hjälpmedelscentralen.

CE - märkning

Denna produkt är CE – märkt enligt direktiv 93/42/EEC. CE märket finns på etiketten. Provad och godkänd 31 maj 2016 enligt standard EN 12184:2014. Brandtestad enligt EN 1021 1,2:2014 (Klädsel: Cigarett och tändsticka eld).

Tillverkningsetiketten finns att läsa på baksidan av pelare.


1. Tillverkare
2. Artikel Namn + sitsystem(Forma)
3. Artikel Nr
4. Serie nr och tillverkningsdatum(21/01/2016)
5. Klass II Bruksföremål
6. Arbetscykeln
7. TIPX4 = Kapslingsklassning
8. Input Ström Laddare
9. Inomhusbruk(Hus symbol)
10. Läs Instruktioner
11. Elrullstol Vikt
12. Återvinning
13. CE Märkning
14. StreckKod



Eurovema Mobility AB
Flexmobil i6 SitRite
Art.no 600-703-0010
SN689101-2000 21/01/2016



Duty Cycle: 2min ON/18min OFF IPX4
In: 230Vac/50-60Hz/max 0,70A



98kg



english

WARRANTY

We give a 2 year warranty on our products for fabrication fault/damage. Exceptions are fabric, wheels and batteries where we give 1 year warranty. A normal wear and tear is not accepted as a warranty. We urge our customers to use the products according to the manual

SERVICE

If the wheel chair is used frequently, i.e. every day, it ought to have service once a year. This to control that the function and security of the wheel chair is kept through all its lifetime. If service is needed contact primarily your local dealer.

CE - label

This product has the CE – mark according to the directive 93/42/EEC. The CE mark is on the label. Tested and approved 31. May 2016 according to standard EN12184:2014. Fire tested according to EN 1021 1,2:2014 (Uppholstery: Cigarette and match flame).

Manufacturing label is located on the back of lifting columns.

1. Manufacture
2. Article + Seatingsystem
3. Article Number
4. Serial Number
5. Class II Equipment
6. Duty Cycle
7. IP Code
8. Input Power Charger
9. Indoor Use
10. Read Instruktions
11. Weight Chair
12. Recycle
13. CE Marking

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Du får större glädje av din elrullstol om den sköts rätt. Batterierna måste laddas, stolen måste tvättas och torkas av, däckerna måste kontrolleras regelbundet och jämna mellanrum kan elrullstolen behöva en droppe olja i sittslederna för att inte kärva ihop. För gärna Servicejournal!

LADDNING:

Stäng huvudströmbrytaren innan laddning. Ladda batteriet varje dag, om du använder rullstolen dagligen och koppla bort laddaren när batterierna är färdigladdade. Ladda inte i våtutrymmena t.ex. duschrummet eller i trånga oventilerade utrymmena.

RENGÖRING:

Torka av rullstolens ytor med en lätt fuktad trasa med ett mildt rengöringsmedel, t.ex. diskmedel. Stolen placeras på plant underlag under torkning. Sitsens klädsel kan rengöras med de medel som finns på marknaden för klädseltvätt/möbeltvätt. Överdragsklädsel kan maskintvättas i 60 grader.



Använd aldrig högtryckstvätt vid rengöring.

FUNKTION:

Kontrollera dagligen att elrullstolen stannar automatiskt när du släpper manöverspaken. Upptäcks lösa skruvar eller glapp i någon del av stolen eller förändrade köregenskaper skall detta omedelbart åtgärdas då det kan påverka säkerheten. Kontakta alltid Hjälpmedelscentralen eller tillverkaren när du behöver reparera elrullstolen. Var också noga med att alltid dra åt vred eller skruvar efter utförda sitsjusteringar.

FÖRVARING:

Om rullstolen ska förvaras under en längre period utan att användas (en månad eller mer) bör den förvaras i ett rent, fuktfritt rumstempererat utrymme. Batterierna bör laddas ca. en gång i månaden för att ej tömmas till den kritiska nivån då laddaren ej längre startar laddningen.

SERVICE AND MAINTENANCE

You get more joy out of your power wheelchair if it is served correctly. The batteries must be charged, the seat must be washed and wiped, the tires must be checked regularly and periodically the wheelchair may need have a drop of oil in their joints to not seize up. Keep Service Journal!

CHARGE:

Turn off the main switch before charging. Charge the battery every day, if you use the wheelchair daily and unplug the charger when the batteries are fully charged. Do not charge in wet areas such as shower room or in confined, unventilated areas.

CLEANING:

Wipe the surface of the wheelchair with a damp cloth with a mild detergent. Place the chair on plain surface for drying. The upholstery can be cleaned with any existing brands on the market. Covers can be machine washed in 60 degrees Celsius.



Never use the high-pressure washer for cleaning.

FUNCTION:

If loose screws or loose parts is discovered somewhere on the wheelchair or a change in drive characteristic, immediate repair should take place when this could affect safety. Contact your local agent or the manufacturer for help and questions. Be sure to tighten all screws and knobs after seat adjustments.

STORAGE:

If the wheelchair should be unused for a longer period (a month or more) it should be stored in a clean, dampfree room tempered space. The batteries should be charged once a month to prevent them to go under the critical level when the charger cannot start.

BYTE AV BATTERI

1. Stäng av huvudbrytaren.
2. Dra och lyft av skyddskåpan.
3. Lossa båda spännbanden.
4. Dra loss alla kabelkontakter.
5. Lyft av skyddslocket.
6. Följ kopplingschemat som finns påklistrat i insidan av skyddskåpan noga!
Börja alltid att skruva bort minuskabeln (-) från minuspolen. Vid påmontering börja alltid med rödmärkta pluskabeln (+). Kablar till batterier bör ej blandas med varandra. De är märkta +1, +2, -1 och -2.
7. Skruva sedan bort pluskabeln (+) från pluspolen (+). Vid påmontering börja alltid med pluskabeln (+).
8. Ta bort gamla batteriet och byt in en ny.

Montera i omvänd ordning förutom plus- och minuskabeln.

Följ alltid nedanstående säkerhetsrutiner.

- Använd skyddsglasögon och handskar.
- Kortslut aldrig batteriet. Bär inte heller aldrig halsband, armband eller ringar av metall som kan komma kontakt med batteripoler och korssluta batteriet.


BATTERY REPLACEMENT

1. Turn off the main switch.
2. Pull and lift the cover.
3. Loosen both straps.
4. Disconnect all cable connectors.
5. Lift the protective cover.
6. Follow the wiring diagram is pasted on the inside of the battery cover!
Always start unscrewing the minus (-) cable from the negative terminal. When reassembling always start with the red marked positive cable (+). Cables for the batteries should not be mixed with each other. They are marked +1, +2, -1 and -2.
7. Now unscrew the positive cable (+) the plus (+) terminal. When reassembling always start with the positive cable (+).
8. Remove the old battery and replace the new one.


Assemble in reverse order except the plus and the negative lead.

Always observe the following safety procedures


- Use protective glasses and gloves.
- Never short circuit the battery. Carry neither never necklaces, bracelets or rings of metal that may come in contact with battery terminals and may cross-circuit the battery.




1




2




3



4



5




6


svenska

BYTE AV LÄNKHJUL


1. Lägg en tråkloss under länkarmen.
2. Lossa hjulbulten med hjälp av en 13mm lednyckel och 5mm inset nyckel.
3. Ta bort bulten och låsmuttern.
4. Byt ut länkhjul och montera på bult och mutter.
5. Skruva åt bulten och låsmuttern.




2



3



4



5

english

CHANGE OF CASTOR


1. Place a wooden block under the wheel arm.
2. Loosen the wheel bolt with 13mm key and 5mm allen key.
3. Remove the bolt and lock nut.
4. Replace the castor wheel and mount the nut and bolt.
5. Tighten the bolt and lock nut.

BYTE AV HJULGAFFEL

Lyft upp plast skyddet. Skruva loss 5mm inset skruven samtidigt du håller fast muttern på undersidan med 17 mm led nyckeln. Montera en ny gaffel och skruva fast den.

MOUNTING AND DEMOUNTING FORK

Remove the cap. Unscrew the 5mm allen screw with the allen key and 17mm spanner. Mount the new fork and fasten the screw.



svenska


BYTE AV DRIVHJUL

1. Lägg en tråkloss under en aning upphöjda chassin och se till att den ligger stabilt.
2. Värm upp bultarna lite med hjälp av luftvärmepistol och lossa bulten med en 3mm insexnyckel.
3. Ta bort hjulen och montera ett nytt hjul. Lägg lite gänglim(t.ex. Loctite 243) i gängorna innan du dra åt bultarna.

english

REPLACING OF THE DRIVE WHEEL

1. Place a wooden block under the slightly raised chassis and ensure that it is stable.
- 2 Heat up the bolts little by using heat air pistol and loosen the bolts with a allen head 3mm key.
3. Remove the wheels and fit a new wheel. Apply some threadglue (eg. Loctite 243) in the threads before tightening the bolts.



Tekniska Fakta**Fakta / Data****Technical Data**

klass	klass A / class A	class
testat standard	SS-EN 12184:2014	tested standard
test datum	2016.05.31	test date
chassi	Flexmobil i6	chassis
max. brukar vikt	150 kg	max. user weight
drivning	centralhjul / center wheel	drive
längd	800 mm	length
längd inkl. fotplatta	990 mm	length incl. footplate
bred	575 mm	width
vikt	97 kg	weight
körsträcka, fulladdat	15 km	driving distance, charged
max. hastighet	4,7 km/h	top speed
bromssträcka, framåt	0,5 m	braking distance, forward
bromssträcka, bakåt	0,6 m	braking distance, reverse
vändutrymme 180°	900 mm	turning space 180°
markfrigång	40 mm	ground clearance
hindertagning, framåt	40 mm	obstacle climbing, forward
hindertagning, bakåt	30 mm	obstacle climbing, backward
max. nerkörningshöjd	50 mm	max. height for safe descend
Statisk stabilitet F / B / S	6° / 6° / 6°	static stability F / B / S
dynamisk stabilitet, uppför	3°	dynamic stability, up
dynamisk stabilitet, neråt	3°	dynamic stability, down
dynamisk stabilitet, sidled	3°	dynamic stability lateral
drivhjul	2,8"/2,5"-4" NHS	drive wheels
länkhjul	125 mm	castors
max. körtid	8,5 h	max. driving time
batteri	2x12V-25Ah Yuasa AMG	battery
laddningstid	6-8 timmar / hours	charging time
laddare	ECB-401 Easy Buddy 4A	charger
styrssystem	Dynamic DX eller/or PG	control system
sitshöjd – kort pelare	42 – 67 cm*	seat height-low pillar
sits storlekar, bred x djup, cm	40x40, 40x45, 45x45, 45x50, 50x50	seat sizes, wide x depth, cm
sitshöjd-hög pelare	50-90 cm	sitshöjd-hög pelare
sitsstorlekar barn bred x djup, cm	29x32, 32x36, 36x40, 40x40, 40x45	seat sizes kid, wide x depth, cm
sitsbredd, mellan armstöd	36-54 cm	seat, width between armrest
sitsdjup	29 – 54 cm	seat depth
sitsstilt, framåt – bakåt	-14 - +32°	seat tilt, forwards-backwards
ryggstöd, barn storlek bred x höjd, cm	37x43, 47x47 cm	backrest kid wide x high, cm
ryggstöd, barn el/manuell vinkling	-8° - +32°	back rest, kid electric/manual adj.
ryggstöd, storlek bred x höjd, cm	30x37, 37x43 cm	backrest kid, wide x high, cm
nackstöd, storlek	25 x 8 cm	neck rest, size
armstöd höjd justering	0-30 cm	armrest height adjusting
armstödsplatta, storlek	31 x 8 cm	armrest plate, size
klädsel, färg	svart / black	upholstery colour
transport höjd låg / hög pelare	420 mm / 525 mm	transport height low / high pillar
*steglös + 50 mm sitsdyna		*adjustable + 50 mm seat cushion

FELSÖKNING

Problem?

Åtgärd!

Rullstolen startar inte?

Automatsäkringen är utlöst?
 Batterierna är urladdade?
 Glapp i kablar?

Kontrollera automatsäkringen - se manualen!
 Ladda batterierna - se manualen!
 Kontakta Hjälpmedelscentralen!

Batterierna tar inte emot laddning?

Automatsäkringen är utlöst?
 Batterierna är helt urladdade?
 Laddaren är trasig?

Kontrollera automatsäkringen - se manualen!
 Kontakta Hjälpmedelscentralen!
 Kontakta Hjälpmedelscentralen!

Batteriindikatorn sjunker snabbt trots nyladdade batterier?

Batterier börjar bli dåliga?
 Fel i elektroniken?

Kontakta Hjälpmedelscentralen!
 Kontakta Hjälpmedelscentralen!

Statusdioden blinkar på manöverboxen?

Elektroniken har startats när stolen har frikopplade bromsar?
 Något fel har uppstått på rullstolen?

Stäng av och koppla in bromsarna - se manualen!
 Kontakta Hjälpmedelscentralen!

Rullstolen går långsamt?

Är rätt körprogram valt?

Välj ett snabbare körprogram - se manualen!

Rullstolen orkar inte köra eller svänga över hinder?

Ett för långsamt körprogram har valts?

Välj ett snabbare körprogram - se manualen!

FAULT TRACE

Problem?

Action!

The wheelchair doesn't start?

The automatic fuse is released?
 The batteries is discharged?
 Loose cables?

Check the fuse - see the manual.
 Charge the batteries!
 Contact service!

The batteries can not be charged?

The automatic fuse is released?
 The batteries is totally discharged?
 The charger is broken?

Check the fuse - see the manual
 Contact service!
 Contact service!

Battery indicator drops quickly despite charged batteries?

The batterier starts getting bad?
 Error in the electronics?

Contact service!
 Contact service!

The status LED is blinking on the controlbox?

Electronics has been started when brakes are disengaged?
 An electric fault has occurred on the wheelchair?

Turn off and engage the brakes- see the manual!
 Contact service!

The wheelchair is running slow?

Is the right drivprogram selcted?

Select a quicker driveprogram- see the manual!

The wheelchair don't manage to climb obstacles?

A too slow driveprogram is selected?

Select a quicker driveprogram- see the manual!

TRANSPORT

Vid transport av Flexmobil i6 i motorfordon är det viktigt att bromsarna är inkopplade. Se avsnitt om "Frikoppling av bromsar". Stolen bör spännas fast med spännband. Som tillbehör finns särskilda fästöglor att montera på rullstolen fästa banden i.

Rullstolen är inte konstruerad för att brukaren ska sitta i stolen vid transport.

Genom att ta bort ryggstöd, armstöd och benstöd kan minska transportmått.

Batterierna i rullstolen är slutna och av typen GEL/AMG och godkända för transport i flygplan.

Minsta transport mått:

	Flexmobil i6 Standard	Flexmobil i6 Padda
Längd	80 cm	80 cm
Bredd	58 cm	58 cm
Höjd	52 cm	44 cm
Vikt	97 kg	97 kg
-ryggstöd	5 kg	
-armstöd	2 kg	
-sits	9 kg	
-fotplatta	3 kg	

TRANSPORT

When transporting Miniflex or Flexmobil in a motor vehicle it is important that the brakes are engaged. See section "Disengagement of brakes". The chair should be secured with tie down straps.

Special brackets to be mounted on the chair are available as accessories.

The wheelchair is not designed for transport with the user seated in the chair.

You can reduce the transport size by removing the armrest, backrest and the legrest.


The batteries in the wheelchair are maintenance free and of the type GEL/AMG and approved for transport in aircrafts.

Smallest transport size:

	Flexmobil i6 Standard	Flexmobil i6 Padda
Length	80 cm	80 cm
Width	58 cm	58 cm
Height	52 cm	44 cm
Weight	97 kg	97 kg
-back rest	5 kg	
-arm rest	2 kg	
-seat	9 kg	
-foot rest	3 kg	

Lyft- och fästpunkter

Fäst på båda sidor!



Lift and securement points

Hook on both sides!

Instruktioner för överföring av den rullstolsburne

- Förberedd väl vart brukaren kommer att överföras till.
- Fråga om brukaren kan hjälpa till och berätta tydligt allt du kommer att göra, även under proceduren.
- Vid överföring till en rullstol, sänk ner armstödet, ta bort eller vänd bakåt för att undvika kontakt eller skada.
- Ta bort eller sväng bort fotstödet för att förhindra att fötterna fastnar i när du utför överföringen.
- Placera rullstolen på samma höjd för att underlätta en säker överföring av en brukare.
- Beroende på överföringsmetod, att ha rullstolen parallellt med överföringspunkten kan möjliggöra en mer säker och lättare rullstolsöverföring.
- Se till att bromsarna är aktiverade och att rullstolen ligger stabilt.

Utför en person rullstols överföring

- Se till att brukaren har ett gåbält eller överföringsband.
- Stå så nära brukaren som möjligt. Var noga med fotfästet.
- Riktiga skor rekommenderas. Sandaler eller tofflor ger inte stöd för en säker överföring.
- Hjälプ brukaren att häva sig fram till framkanten på rullstolen.
- Se till att brukarens båda fötter är under dennes kropp.

Bild 1. Lyft i bältet samtidigt som brukaren lutar sig framåt och reser upp sig.

Bild 2. Håll brukarens svagare knä mellan dina egna knän för att hjälpa denne sakta komma ner på rullstolen.

- Positionera patienten i ett stabilt sittläge och skruva fast arm- och fotfästet.



Instructions for transfer of the the wheelchair user

- Prepare where the user will be transferring to.
- Ask if the user can help and tell him or her what you will do even during the transfer.
- When transferring to a wheelchair, be sure to have armrest removed or flipped backwards to avoid contact or injury.
- Remove the footrest, or swing away to prevent feet from becoming tangled when performing the wheelchair transfer.
- Position the wheelchair either at the same height or slightly lower to assist in a safe and proper wheelchair transfer.
- Depending on transfer method, having the wheelchair parallel to transfer point may also allow for a more safe and easy wheelchair transfer.
- Ensure the brakes are activated and the wheelchair is stable.

Perform the one person wheelchair transfer

- Ensure the user is utilizing a gait or transfer belt.
- Stand as close to the user as possible. Be sure footing is as stable as possible.
- Proper shoes are also recommended as sandals or flats do not provide support for a safe wheelchair transfer.
- Assist the user in nearing the edge of the wheelchair.
- Be sure the user's feet are under his or her body.

Picture 1. Lift on the belt while the user is leaning slightly forward and rises her/him up.

Picture 2. Keep the user's weaker knee in between your own to assist and to slowly sit onto wheelchair.

- Securely position the patient on the chair and replace the armrests.



Källsorteringsanvisning

Vi hoppas att du har märkt, att nya Flexmobil i6:n består av färre delar och mer metall i stället för plast. Metaller kan återanvändas och detta hjälper oss i sin tur att hålla vår miljö mindre förenad och rent. Detta var vår avsikt när vi började designa denna nya miljövänliga elrullstol. Om du vill hjälpa oss att nå detta mål, ber vi dig att se till att den hamnar på återvinning efter brukandet.

Korrekt bortskaffande av denna produkt

Produkten måste demonteras, källsorteras och lämnas in till återvinning enligt nationella och lokala återvinningsregler eller föreskrifter.

Sorteringsanvisning

1. Metaller

Chassi, hjulgafflar, sittskryss, lyftpelare, armstödsfäste, ryggstödsfäste, joystick hållare, benstödsfäste, nackstödsfäste, elektronikplåt, frikopplingspedal, kullager, axeltapp, vajer, hylsor, brickor, bultar, skruvar.

2. Brännbart

Alla tygöverdrag, skumplast delar, fotplattor, armstödsplattor, gummihjul, plastvred, plastknobbar, dämpare, batterikåpa, kabellås, spännband, packningar.

3. Trä

Ryggstödsplatta och sitsplatta.

4. Elektronik

Ställdon, manövreringsdosa, clamsmodul, powermodul, drivmotorer, lyftmotor, drifttidsmätare, kablage, automatsäkring

5. Farligt avfall

Batteri

Recycling instructions

We hope you have noticed, that the new Flexmobile i6 is made of fewer parts and with plenty of metal, instead of plastics. Metal is easy to recycle and helps us keep our environment clean. This was our goal when we started to design this new Eco-friendly wheelchair.

If you want to help us to achieve this goal, you must ensure that it ends up in recycling.

The proper disposal of the product

The product and its materials must be dismantled, sorted and handed in for recycling according to national or local regulations and practices.

Sorting guidelines

1. Metals

Chassis, wheel forks, seat cross, lifting column, armrests bracket, joystick bracket, legrests bracket, neckrest bracket, backrest bracket, electronic plate, freewheel pedal, shafts, bearing, wire, spacer, washers, bolts, screws, nuts.

2. Combustible

All fabric covers, foam parts, rubber wheels, knobs, dampers, battery cover, cable lock, straps, seals.

3. Wood


Seat plate, backrest plate.


4. Electronics

Actuators, clams module, power module, maneuvering box, drive motors, lift motor, automatic fuse, hour meter, cables.

5. Dangerous waste

Battery





svenska

english

Reservdelslista	Artikel nr / Article No	Part list
1) Pelarcentrum	SW-01965	1) Pillar center
2) Länkarm bak hö	SW-02014	2) Arm rear R
3) Länkarm bak vä	SW-02012	3) Arm rear L
4) Länkarm fram hö	SW-02011	4) Arm front R
5) Länkarm fram vä	SW-02009	5) Arm front L
6) Ledbussning	SW-01900	6) Lead bushing
7) Frikopplingspedal	SW-01901	7) Freewheel pedal
8) Batterikåpa	669002-9000	8) Battery cover
9) Elektronikplåt	SW-01899	9) Electronic plate
10) Axeltapp	669001-11	10) Shaft
11) Hjulgaffel	SW-01898	11) Wheel fork
12) Mutter M12x1,25	7M6M-M12x1,25	12) Nut M12x1,25
13) Fram/Bakhjul 125mm	769002-7000	13) Front/rear-wheel 125
14) Förs.skruv M8x16	7F6S-8x16	14) Countersunk M8x16
15) Förs.skruv M8x55	7F6S-8x55	15) Countersunk M8x55
16) Skruv med fläns M6x16	7MC6SF-6x16	16) Screw flange M6x16
17) Insexskruv låg M8x65	7MLC6S-8x60	17) Allen screw low M8x65
18) Skruv M8x45	7MLC6S-8x45	18) Screw M8x45
19) Nitbricka M6x16	7NB-6x16	19) Rivet washer M6x16
20) Planbricka M8x16-20	7BRB-8,4x16	20) Plan washer M8x16-20
21) Stålnit 8x30	7KN-8x30	21) Steel rivet 8x30
22) Skruv svart M8x40	7K6S-8x40	22) Screw black M8x40
23) Skruv fzn M6x10	7K6S-6x10R	23) Screw Zn M6x10
24) Nitbricka M8x20-25	7NB-8x25	24) Rivet washer M8x20-25
25) Ratt M6x20	7RATT-M6x20	25) Knob M6x20
26) Dämpare 40x13x30	769002-1000	26) Damper 40x13x30
27) Vib.dämpare 40x30xM8	7VIBRA-40x30	27) Vib.damper 40x30xM8
28) Clams modul	7DX-CLAM	28) Clams modul
29) Power modul	7DXZ-PMA70	29) Power modul
30) Automatsäkring	7AFUSE-20A	30) Automatic fuse
31) Batteri	7YAZ4-12	31) Battery
32) Lyftpelare	669002-8000	32) Lifting column
33) Drifttidsmätare	7DRITTIDSM	33) Operating hour meter
34) Tätningshatt huvudbrytare		34) Seal main switch
35) Frontkåpa plåt	SW-02016	35) Front plate
36) Distanshylsa	SW-00878	36) Spacer
37) Gummidämpare	SW-02007	37) Rubber damper
38) M8 låsmutter	7LOCKNING-M8L	38) M8 lock nut
39) Kullager	7K6001-2Z	39) Bearing
40) Spännband	7BB-1500	40) Strap
41) Skruv pelare torx 8x60	7WN1543-8x60	41) Screw columns torx 8x60
42) Ändavslutare 32x28	7SFL+32	42) End plug 32x28
43) Starlock 8mm	76671-8	43) Starlock 8mm
44) Drivmotor	269102-1103H/V	44) Drive motor
45) Vajerfäste	669201-1001	45) Wire shaft
46) Drivhjul	269003-1110	46) Drive wheel
47) Vajer	669201-1800	47) Wire
48) Skruv M4x8	7MRX-4x8	48) Screw M4x8
49) Bricka	7FBB-4,1x7,6	49) Washer
50) Skruv M5x20H		50) Screw M5x20H
51) Kabel lyftpelare	669002-8100	51) Cable for lifting column
52) Kabellås	669002-8200	52) Cable lock

Tillbehör vuxen / junior	Accessories adult / kids	Artikel no. / Article No.
Euroflex Flexmobil i6, Forma låg	Euroflex Flexmobil i6, Forma low	665-77200
Euroflex Flexmobil i6, Forma hög	Euroflex Flexmobil i6, Forma high	665-77300
Euroflex Flexmobil i6, SitRite låg	Euroflex Flexmobil i6, SitRite low	665-77400
Euroflex Flexmobil i6, SitRite hög	Euroflex Flexmobil i6, SitRite low	665-77500
Chassi Flexmobil i6, G90T, låg	Chassis Flexmobil i6, G90T, low	269111-1001
Chassi Flexmobil i6, G90T, hög	Chassis Flexmobil i6, G90T, high	269111-1000
Chassi Flexmobil i6, Shark, låg	Chassis Flexmobil i6, Shark, low	269112-1001
Chassi Flexmobil i6, Shark, hög	Chassis Flexmobil i6, Shark, high	269112-1000
Sittkryss Pelare Vuxen med vev komplett	Seat-cross Pillar adult crank compl.	269001-3000
Sittkryss Pelare Vuxen med el-tilt komplett	Seat-cross Pillar adult el. compl.	269002-3000
Sittkryss Pelare Barn med vev komplett	Seat-cross Pillar kid crank compl.	279001-3000
Sittkryss Pelare Barn med el-tilt komplett	Seat-cross Pillar kid el. compl.	279002-3000
Multirygge manuell justering	Multiback, man. Adjustning	227001-6000
Multirygge elektrisk ställdon 24V	Multiback, electrical actuator 24V	227002-6000
Euroflex ABC SiRite 29*32, rygg, gas	Euroflex ABC SiRite 29*32, back, gas	741-29RS
Euroflex ABC SiRite 32*36, rygg, gas	Euroflex ABC SiRite 32*36, back, gas	741-32RS
Euroflex ABC SiRite 36*40, rygg, gas	Euroflex ABC SiRite 36*40, back, gas	741-36RS
Euroflex ABC SiRite 29*32, rygg, el	Euroflex ABC SiRite 29*32, back, el	791-29RS
Euroflex ABC SiRite 32*36, rygg, el	Euroflex ABC SiRite 32*36, back, el	791-32RS
Euroflex ABC SiRite 36*40, rygg, el	Euroflex ABC SiRite 36*40, back, el	791-36RS
Euroflex ABC nackstöd justerbar	Euroflex ABC neckrest adjustable	804000-2010B
Euroflex SitRite sits 40*40	Euroflex SitRite seat 40*40	624520-4040
Euroflex SitRite sits 40*45	Euroflex SitRite seat 40*45	624520-4045
Euroflex SitRite sits 45*45	Euroflex SitRite seat 45*45	624520-4545
Euroflex SitRite sits 45*50	Euroflex SitRite seat 45*50	624520-4550
Euroflex SitRite sits 50*50	Euroflex SitRite seat 50*50	624520-5050
Euroflex SitRite rygg 30*37	Euroflex SitRite back 30*37	224575-2732
Euroflex SitRite rygg 37*43	Euroflex SitRite back 37*43	224526-3640
Euroflex SitRite rygg 42*45	Euroflex SitRite back 42*45	224526-4245
Euroflex SitRite rygg 47*47	Euroflex SitRite back 47*47	224526-4550
Euroflex SitRite nackstöd, kompl.	Euroflex SitRite neckrest, compl	80400-2010
Euroflex SitRite nackstöd, bred.just	Euroflex SitRite neckrest, width adj.	80400-2015
Euroflex SitRite nackstöd, comf. kompl.	Euroflex SitRite neckrest, comf. compl.	80400-2020
Euroflex Forma sits 40*40	Euroflex Forma seat 40*40	800100-4040
Euroflex Forma sits 40*45	Euroflex Forma seat 40*45	800100-4045
Euroflex Forma sits 45*45	Euroflex Forma seat 45*45	800100-4545
Euroflex Forma sits 45*50	Euroflex Forma seat 45*50	800100-5050
Euroflex Forma rygg, bas komplett	Euroflex Forma back, basic compl.	231030-3030
Euroflex Forma rygg, aktiv komplett	Euroflex Forma back, activ compl.	805000-2001
Euroflex Forma rygg, comf. kompl.	Euroflex Forma back, comf. compl.	806000-2001
Euroflex Forma nackstöd, komplett	Euroflex Forma neckrest, compl.	804000-2011
Euroflex Forma aktiv, nackstöd kompl.	Euroflex Forma activ, neckrest compl.	804000-2013
4-punktsmidjebälte, arbetsstol	4 Point waistbelt, workingchair	624070-4400
4-punktsbälte, modell H-sele	4 Point belt, model H	624001-4100
Höftbälte vuxen, svart mjuk komplett	Hipbelt adult, black soft compl.	224047-4400
Plansits_cm_cm	Flat seat_cm_cm	624000-3000
Grenkil/Bendelare SitRite, svart	Legdivider SitRite, black	224075-4800
Bålstöd ABC, Vuxen Hö	Trunk-support ABC, Adult R	274147-4600H

svenska		english
Tillbehör vuxen / junior	Accessories adult / kids	Artikel no. / Article No.
Bålstöd ABC, Vuxen Vä	Trunk-support ABC, Adult L	274147-4600V
Bålstöd förstärkt. Par SitRite	Trunk-support reinforced, pair SitRite	624001-4700
Sidostöd Hö 24 cm, svart Forma	Side-support R 24 cm	800100-1001
Sidostöd Vä 24 cm, svart Forma	Side-support L 24 cm	800100-2001
Nacköverdrag komfort för SitRite	Neckrest cover comfort for SitRite	80400-2020
Fotplatta hel justerbar	Footplate adj. joint/plate	224001-2019
Benstöd-adapter Etac, höger	Adapter for Leg-support Etac, R	224001-2104H
Benstöd-adapter Etac, vänster	Adapter for Leg-support Etac, L	224001-2104V
Benstöd Etac, höger komplett	Leg-support Etac, R compl.	224001-2300H
Benstöd Etac, vänster komplett	Leg-support Etac, L compl.	224001-2300V
Benstöd Etac, inkl. Vadplatta höger	Leg-support Etac, incl. Calfplate R	224001-2400H
Benstöd Etac, inkl. Vadplatta vänster	Leg-support Etac, incl. Calfplate L	224001-2400V
Benstöd Vermeiren adapter, höger	Leg-support Vermeiren w. adapter, R	299001-8050H
Benstöd Vermeiren adapter	Leg-support Vermeiren w. adapter, L	299001-8050V
Amputationsbenstöd, höger	Amputee Leg-support R	224001-4100H
Amputationsbenstöd, vänster	Amputee Leg-support L	224001-4100V
Armstöd Komfort låg, svart skai	Armrest Comfort, black PVC	224001-4001
Armstöd Mjukstoppad, lång 40 cm kompl.	Armrest Soft, long 40 cm compl.	224001-4002
Armstöd PUR&ilägg, höjd/bred barn	Armrest PUR&inserted, W&H child	224001-4003
Armstöd Standard, PUR/ilägg, H&W	Armrest Standard, PUR/inserted, H&W	224001-4004
Armstöd Mjuk lång 40 cm	Armrest Soft long 40 cm	224001-4006
Armstöd Froli, höjd/bred justering	Armrest Froli, H&W adjust	224001-4007
Bord Plexi, vuxen inkl. mont. Sats	Plexi Table, Adult incl. Fastening kit	224001-4900
Sitsöverdrag SitRite 36*45	Seat cover SitRite 36*45	674356-3051
Sitsöverdrag SitRite 40*40	Seat cover SitRite 40*40	624155-3051
Sitsöverdrag SitRite 40*45	Seat cover SitRite 40*45	624255-3051
Sitsöverdrag SitRite 45*45	Seat cover SitRite 45*45	624355-3051
Sitsöverdrag SitRite 45*50	Seat cover SitRite 45*50	624455-3051
Sitsöverdrag SitRite 50*50	Seat cover SitRite 50*50	624555-3051
Sitsöverdrag SitRite 30*37	Seat cover SitRite 30*37	674155-6151
Sitsöverdrag SitRite 37*43	Seat cover SitRite 37*43	624155-6151
Ryggöverdrag SitRite 42*45	Seat cover SitRite 42*45	624355-6151
Ryggöverdrag SitRite 47*47	Seat cover SitRite 47*47	624255-6151
Benstöd ABC kort Vä liten	Leg-support ABC short L small	274001-2003V
Benstöd ABC kort Hö liten	Leg-support ABC short R small	274001-2003H
Fotplatta ABC kort	Footplate ABC short	274001-2005
Fotplatta ABC lång	Footplate ABC long	274001-2105
Benstöd ABC X-kort Vä liten	Legrest ABC X-short L small	274001-2006V
Benstöd ABC X-kort Hö liten	Legrest ABC X-short R small	274001-2006H
Fotplatta ABC kort Hö	Footplate ABC short R	274001-2103H
Fotplatta ABC kort Vä	Footplate ABC short L	274001-2103V
Fotplatta ABC lång Hö	Footplate ABC long R	274001-2104H
Slingbackrygg SitRite	Sling back SitRite	22-4002-6002
Sidostöd 10x24 höger	Side support 10x24 right	22-4047-4500H
Sidostöd 10x24 vänster	Side support 10x24 left	22-4047-4500V
Sidostöd 10x32 höger	Side support 10x32 right	22-4047-4501H
Sidostöd 10x32 vänster	Side support 10x32 right	22-4047-4501V
Fotplatta ABC lång Vä	Footplate ABC long L	274001-2104V

Tillbehör vuxen / junior	Accessories adult / kids	Artikel no. / Article No.
4-punktsbälte, kompl. ABC/SitRite	4 pointbelt, compl. ABC/SitRite	274001-4100
Mont. Sats 4-punktsbälte	4 pointbelt assembly kit	274001-4101
Höftbälte ABC svart	Waist-belt ABC black	274047-4400
Höftbälte ABC svart barn kompl.	Hip-belt ABC black kid compl.	674047-4400
4-punktsmidjebälte ABC	4 Pointbelt for waist ABC	674070-4400
Knästopp, kompl. Hö ABC	Knee-stopper, compl. R ABC	274001-4300H
Knästopp, kompl. Vä ABC	Knee-stopper, compl. L ABC	274001-4300V
Bålstöd ABC/SitRite kort Hö	Trunk-support ABC/SitRite R	274001-4500H
Bålstöd ABC/SitRite kort Vä	Trunk-support ABC/SitRite long L	274001-4500V
Ryggstolpe ABC Fjäderbelastad	Back-pillar ABC, springloaded	274001-4600H
Ryggstolpe ABC komplett	Back-pillar ABC, compl.	274001-4600V
Sidostöd ABC/SitRite 10*24 Hö	Trunk-support ABC/SitRite long R	274001-4602H
Bålstöd ABC lång Vä	Trunk-support ABC/SitRite long L	274001-4602V
Ryggstolpe ABC Fjäderbelastad	Back-pillar ABC, springloaded	274002-6000
Ryggstolpe ABC komplett	Back-pillar ABC, compl.	274001-6000
Sidostöd ABC/SitRite 10*24 Hö	Side-support ABC/SitRite 10*24 R	274047-4500H
Sidostöd ABC/SitRite 10*24 Vä	Side-support ABC/SitRite 10*24 L	274047-4500V
Sidostöd ABC/SitRite 10*32 Hö	Side-support ABC/SitRite 10*32 R	274147-4500H
Sidostöd ABC/SitRite 10*32 Vä	Side-support ABC/SitRite 10*32 L	274147-4500V
Nackstöd ABC svart kompl.	Neckrest ABC black compl.	274047-4700
Grekil i svart skai kompl. ABC	Leg-divider black PVC compl. ABC	274047-4800
Grekil ABC/SitRite Barn	Leg-divider ABC/SitRite Kid	274150-6002
Armstödsfäste för sits. ABC kompl.	Armrest bracket for seat ABC compl.	274301-4000
Armstödsfäste för sits. SitRite kompl.	Armrest bracket for seat SitRite compl.	274302-4000
Vikbar armstöd mjuk/låg Hö	Foldable armrest soft/low R	269101-4001H
Vikbar armstöd mjuk/låg Vä	Foldable armrest soft/low L	269101-4001V
Sitsöverdrag ABC 32*36 Atlantic	Seat cover ABC 32*36 Atlantic	274444-3051-SR2
Sitsöverdrag ABC 36*40 Atlantic	Seat cover ABC 36*40 Atlantic	274144-3051-SR2
Sitsöverdrag ABC 40*40 Atlantic	Seat cover ABC 40*40 Atlantic	274344-3051-SR2
Plansits SitRite 27*32 Svart	Flat seat SitRite 27*32 black	624570-2732P
Plansits SitRite 32*36 Svart	Flat seat SitRite 32*36 black	624570-3236P
Plansits SitRite 36*40 Svart	Flat seat SitRite 36*40 black	624570-3640P
Tåband	Toe-band	634001-2100
Hälband kort längd 20cm	Heel-band short lenght 20cm	634001-2103
Plansits för ABC_cm_cm	Flat seat for ABC_cm_cm	674000-3000
Bord Plexi, ABC kompl. Ej fällbar	Plexi Table, ABC compl. Not foldable	274001-6000
Ryggöverdrag ABC 32*20 Atlantic	Back cover ABC 32*20 Atlantic	674144-6051
Ryggöverdrag ABC 36*40 Atlantic	Back cover ABC 36*40 Atlantic	674144-3051
Ryggöverdrag SitRite 27*32	Back cover SitRite 27*32 Atlantic	674155-3051
Ryggöverdrag SitRite 30*37	Back cover SitRite 30*37 Atlantic	674155-6151
Ryggöverdrag ABC 40*46 Atlantic	Back cover ABC 40*46 Atlantic	674244-3051
Ryggöverdrag ABC 32*35 Atlantic	Back cover ABC 32*35 Atlantic	674244-6051
Ryggöverdrag ABC 28*33 Atlantic	Back cover ABC 28*33 Atlantic	674244-6151
Ryggöverdrag ABC 32*42 Atlantic	Back cover ABC 32*42 Atlantic	674244-6251
Ryggöverdrag ABC 40*40 Atlantic	Back cover ABC 40*40 Atlantc	674344-3051
Ryggöverdrag ABC 32*36 Atlantic	Back cover ABC 30*36 Atlantic	674444-3051
Fotplatta ABC liten Hö gummiduk	Footplate ABC small R rubber sheeting	274001-2000H
Fotplatta ABC liten Vä gummiduk	Footplate ABC small L rubber sheeting	274001-2000V
Fotplatta ABC stor Hö komplett	Footplate ABC large R rubber sheeting	274001-2001H
Fotplatta ABC stor Vä komplett	Footplate ABC large L rubber sheeting	274001-2001V

Checklista för rekonditionering av elrullstolar för inomhusbruk

Elrullstol.....Serie nr.....

Brukare.....

Rekommenderat serviceserviceintervall 1 ggr/år eller oftare om brukaren är tyngre eller spastiskt, då det kan medföra större belastning för rullstolen.

Elektronik- och elsystem

(Test av styrsystem, rengöring, ev justering. Kontroll av ställdon, -infästningar, -kapslingar, -kablage, etc.

Hjul och hjulupphängningar

(Kontroll av slitage och -glapp, rengöring, justering, smörjning, ev. byte av hjul, -hjulgaffel, -hjulbult, etc.)

Lyftpelare

(Infästning, torka av utv., annars underhållsfritt)

Batteri

(Kontroll av status, -skick, -kontakter, ev. belastningstest)

Rattar & vred

(Smörjning och rengöring)

Sits- och ryggmekanism

(kontroll av infästningar, -slitage, -glapp, -sprickor, etc. smörjning)

Armstöd

(Rengöring, ev. byte av armstödsplattor)

Klädsel

(Rengöring eller tvätt 60°, byte vid behov.)

Benstöd

(Rengöring, kontroll av slitage, -skick)

Fribromsmekanism

(Funktionskontroll, justering och smörjning av vajer)

Eventuell extra utrustning

(Rengöring, smörjning, funktionstest)

Provkörning & funktionstest

(Styrning, bromsning, ladding och samtliga manövreringar)

Kontrollerad den/...../.....

Kontrollerad av.....

Underskrift



Euroverma

Creates mobility and ergonomics.

*Euro*vema

Creates mobility and ergonomics