

Tobii Dynavox Enhetsanering

Nödvändig utrustning

Rengöringsduk av sjukhuskvalitet eller motsvarande desinfektionsduk för infektionskontroll.

Tillämpliga produkter

Tobii Dynavox I-Series+	Tobii Dynavox EyeMobile Bracket	Tobii Dynavox Mobile Mini
Tobii Dynavox I-13/I-16	Tobii Dynavox EyeMobile Plus	Tobii Dynavox AccessIT 3
Tobii Dynavox I-110	Tobii Dynavox PCEye Bracket	Tobii Dynavox EyeR
Tobii Dynavox PCEye Explore	Tobii Dynavox Indi®	Tobii M-Series
Tobii Dynavox PCEye Mini	Tobii Dynavox Indi® 7	Dynavox T-Series
Tobii Dynavox PCEye Plus	Tobii Dynavox Speech Case	TD Pilot
Tobii Dynavox PCEye 5	Tobii Dynavox SC Tablet	

Procedur

Dekontaminera och rengöra

1. Stäng av enheten helt innan den rengörs.
2. Dra ur enhetens kontakt.
3. Avlägsna alla kablar.
4. Torka av alla externa ytor med rengöringsduk av sjukhuskvalitet eller motsvarande desinfektionsduk för infektionskontroll.
5. Låt enheten lufttorka.
6. Alla tillbehör måste också rengöras på samma sätt.
7. Om rengöringen efterlämnar streck kan skärmen putsas med en mjuk torr trasa.
8. Kassera använt rengöringsmaterial på rätt sätt.



Använd inte sprayprodukter direkt på enheten eftersom det kan göra den våt och släppa in fukt i den.

Support för din Tobii Dynavox-enhet

Få hjälp online

Läs den produktspecifika supportsidan för din Tobii Dynavox-enhet. Den innehåller uppdaterad information om frågor och tips & tricks som rör produkten. Hitta våra supportsidor online på: www.TobiiDynavox.com/support-training

Kontakta din lösningskonsult eller återförsäljare

Kontakta din lösningskonsult på Tobii Dynavox eller den auktoriserade återförsäljaren om du har frågor om eller problem med din produkt. De känner till din utrustning och är bäst lämpade att hjälpa dig med tips och övning. För kontaktuppgifter, se www.TobiiDynavox.com/contact