

Enskede 2021-09-22

Kompletterande information för brukare med pacemaker

Fickuret MyTime har fyra mindre magneter på höljets baksida för att t.ex. kunna fästas på en kylskåpsdörr eller på en whiteboard. Det magnetiska fältet är svagt och påverkar inte moderna pacemakers men brukare med pacemaker bör rådgöra med sin pacemakermottagning vad som gäller för just deras lösning.

Då denna produkt är CE-märkt som medicinteknisk produkt så åligger det tillverkaren och efterföljande led att informera om produktens egenskaper för att minimera eller eliminera eventuell patientrisk.

Urklipp med information från 1177.se (2021-09-10)

Att leva med en pacemaker

En pacemaker är känslig för starka magnetiska och elektriska fält. Därför bör du tänka på följande saker när du har fått en pacemaker inopererad:

- Metalldetektorer som finns bland annat i flygplatsers säkerhetskontroller kan någon enstaka gång påverka pacemakern när man passerar kontrollen. Du kan därför visa upp det kort du har fått efter operationen där det står att du har en pacemaker. Då visiteras du manuellt.
- Magnetkameraundersökning som förkortas MRI är en undersökningsmetod där det bildas starka magnetfält. Magnetfältet påverkar också elektronisk utrustning och kan göra att den slutar att fungera. Du måste därför alltid berätta att du har en pacemaker innan du genomgår en magnetkameraundersökning. Det finns pacemakersystem som klarar MRI. Kontrollera med din pacemakermottagning om du har ett sådant system. Annars kan ibland pacemakern programmeras om innan du genomgår en undersökning med magnetkamera. Din läkare på pacemakermottagningen avgör om det går att göra med den pacemaker du har.
- Alla former av vanlig röntgen inklusive datortomografi går bra.
- Tens är en sorts elektrisk akupunktur som används som smärtbehandling. Den bör inte användas i närheten av pacemakerdosan.
- Undvik att vara nära transformatorstationer, elektriska lok, vissa attraktioner på nöjesfält, elsvetsutrustning och annat som alstrar starka elektromagnetiska fält. Enligt pacemakertillverkarna bör avståndet vara minst en meter från det magnetiska fältet.
- Undvik reparationer i bilens motorrum medan motorn är igång eftersom tändningssystemet alstrar starka elektriska fält.
- Små förbränningsmotorer, av den typ som finns i exempelvis motorsågar, kan avge ett elektromagnetiskt fält. Därför bör de inte vara närmare pacemakern än en halv meter.
- Mobiltelefoner går bra att använda om de inte placeras direkt på pacemakern. I övrigt störs inte en pacemaker av mobiltelefoner.

Det finns många myter om vad som är farligt om man har en pacemaker. Vanlig hushållsutrustning som till exempel mikrovågsugnar, induktionsspisar, trådlösa telefoner, värmedynor, solarium, fjärrkontroller, datorer, teveapparater och radioapparater kan användas utan problem om du har en pacemaker. Rådgör med din pacemakermottagning om du undrar över något.