

GlucoMen[®] Areo β -Ketone Sensor, teststickor

β -Keton-teststickor för att användas tillsammans med Glucomen Areo 2K blodsockermätare.

Förpackningen med teststickor är styckförpackade, lätt att öppna och enkelt att få ut teststickorna ifrån.

Utgångsdatum och förvaringstemperatur står på förpackningen.



GlucoMen[®]
areo 2K

Mätområde:	0,1 – 8,0 mmol/L
Kalibrering:	Automatisk
Användningsområde:	Mätning av blodketoner i färskt kapillärt helblod
Mättid:	10 sekunder
Blodprovsvolym:	0,8 μ L
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Ja/IVD class IIb
Steril vara:	Nej
Hållbarhet från produktionen:	24 månader
Blodet fylls på från:	Spetsen på teststickan
Påfyllning av teststickan:	Nej
Batchnummer:	Ja
Uppfyller gällande lagar, direktiv, standarder och industristandarder:	Ja
Återvinning av produkt:	Följ lokala regler
Återvinning av inner-emballage:	Följ lokala regler
Återvinning av transportförpackning:	Följ lokala regler
Svensk märkning på förpackningen:	Ja
Svensk bruksanvisning i förpackningen:	Ja
Förvaring av teststickor:	+4°C till +30°C
Mätning skall ske inom temperaturintervall: :	+5°C till +45°C
Möjlighet att enkelt få ut teststickan ur burken:	Ja
Särskild anmärkning:	Teststickan kan endast användas en gång.
Allergiframkallande ämnen eller på annat sätt skadligt för användaren i fråga:	Produkten innehåller inga kända allergiframkallande ämnen eller är hälsofarligt skadliga ämnen.
Teststickorna passar till följande blodsockermätare:	Artikelnr 48099 Glucomen Areo 2K

Varunummer:	Produktbeskrivning	Innehåll:
48101	Glucomen Areo β -Keton teststickor	Förpackning 1 x 10 st