

REKONDITIONERINGSANVISNING MANUELLA RULLSTOLAR

STOLSTYP:	DATUM:
SERIENR./INDIVIDNR:	UTFÖRT AV:

	Kontrollerat OK	Utbytt
PROVKÖRNING AV RULLSTOLEN		
Kontrollera att stolen rullar lätt.		
Kontrollera att stolen rullar rakt.		
Kontrollera att bromsarna låser hjulen.		
Kontrollera att inga missljud förekommer.		
HJUL		
Kontrollera att fälgarna och drivringarna är utan skador.		
Kontrollera att länkhjulen sitter ordentligt fast och roterar lätt, förslitning av gummibanan samt eventuellt lufttryck (se angett lufttryck på däck). Tag bort hår eller liknande som fastnat runt axeln.		
Kontrollera att gafflarna lätt svänger runt samt att de inte glappar.		
Kontrollera att länkhjulshusen är inställda i en vinkel på 90° mot underlaget.		
Kontrollera att drivhjulen sitter ordentligt fast och roterar lätt, förslitning av gummibanan samt eventuellt lufttryck (se angett lufttryck på däck). Tag bort hår eller liknande som fastnat runt axeln. Kontrollera avståndet till sidoskydden så att hjulen inte går emot.		
Kontrollera quickreleaseaxeln och genomföringshylsan. Rengör och smörj vid behov.		
Kontrollera cambervinklarna så att de är lika på båda sidor.		
Kontrollera toe out/toe in på drivhjulen.		
Kontrollera att ekrarna i hjulen är hela och spända.		
Kontrollera så att alla delar i blocket är ordentligt åtdragna.		
SÄTE/RYGG		
Kontrollera att sitt och ryggklädsel är skadefri.		
Kontrollera att vinkeljusteringen av ryggen är åtdragen.		
Kontrollera (då den finns) att fällningen av rygg fungerar.		
Kontrollera att stabiliseringsstaget (då det finns) sitter fast.		

	Kontrollerat OK	Utbytt
Kontrollera kardborrbanden i ryggen.		
Kontrollera körhandtagen så att de inte har några skador samt att de sitter fast då de spänns åt.		
SIDOSKYDD		
Kontrollera att sidoskydden är skadefria och sitter fast.		
Kontrollera att armstöden (då den finns) är skadefria och sitter fast.		
FOTBÅGE/BENSTÖD		
Kontrollera att fotbågen/benstöden är fria från skador och att låsmekanismerna fungerar.		
RAM		
Kontrollera så att inga skador finns på ramen.		
Kontrollera att stolen kan fällas ihop.		
Kontrollera att ingen skevhet har uppkommit i ramen.		
BROMS		
Kontrollera att bromsarna tar ordentligt, lufttryck och inställn.		

Underhåll och rekonditionering

- Kontrollera däcktrycket var 4e vecka. Kontrollera att inga skador eller slitage uppstått.
- Kontrollera bromsarna ungefär var 4e vecka för att försäkra dig om att de fungerar som de ska och att de är lätta att använda.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Detta bör göras ungefär var 3e månad. Byt ut låsmuttrarna om dessa är slitna.
- Använd endast ett mildt rengöringsmedel när du rengör rullstolen. Till sits textilierna används bara tvål och vatten.
- Torka av rullstolen efter användning om den skulle bli blöt.
- Smörj Quick-release axlarna med lite symaskinsolja vid behov eller ungefär var 8e vecka.

OBSERVERA:

Sand och havsvatten (eller salt på vintern) kan skada hjulens lager. Rengör stolen då den utsatts för detta.

Hygien då rullstolen ska återanvändas:

Då rullstolen ska användas av en ny person måste den föreberedas ordentligt, och alla ytor som kan komma i kontakt med användaren bör torkas av och behandlas med desinfektionsmedel i sprejform. På svenska naturskyddsforeningens webbsida <http://www.snf.se> finns en lista över alla godkända desinfektionsmedel.

Rullstolen och dess tillbehör kan rengöras och torkas i de diskabinett som används på hjälpmedelscentraler. Vid rengöring och tork i diskabinett skall rullstolen vara placerad ståendes på sina 4 hjul. Demonterade textila delar kan torkas i torktumlare på låg temperatur, 50 grader under 10 minuter samt alternativt torkas i torkskåp.

TEKNISK DOKUMENTATION	PERIODISKT UNDERHÅLL MANUELLA	SUNRISE MEDICAL AB
	RULLSTOLAR	
	NR 31200_1609	SID 2 av 2